



## ***TD2010DL-FR v.1.0***

### ***Résumé des principales modifications***

- Introduction de « rapports » dans le document LD.

#### **Niveaux maximaux d'incertitude de mesure - Tableau 1**

- Clarification de la valeur maximale de l'incertitude standard combinée exigée des Laboratoires en conformité avec le Tableau 1.
- Ajout de la note (b) au Tableau 1 pour clarifier le besoin d'ajuster les Limites de décision pour la 19NA et l'Épitestostérone dans les cas où la gravité spécifique (GS) de l'échantillon est supérieure à 1,020.
- Ajout de la note (c) au Tableau 1 pour énoncer les exigences pour rapporter la détection d'un agent masquant et d'une substance inférieure au seuil. Cette note a été clarifiée de façon plus approfondie par le comité Liste qui a noté que le diurétique et la substance à seuil présents en dessous de la Limite de décision doivent être tous deux rapportés comme Résultats d'analyse anormaux.
- Le seuil pour le rapport T/E a été supprimé puisque le suivi de ce paramètre fera partie du profil stéroïdien du Passeport de l'Athlète.
- Des notes ont été ajoutées pour certains seuils.

#### **Rapports**

- La section 3.0 Rapports a été détaillée et améliorée pour énoncer les dernières exigences pour rapporter l'incertitude de mesure du laboratoire dans les rapports d'analyse et dans la documentation du laboratoire.